



Český metrologický institut

Okružní 31, 638 00 Brno

tel. +420 545 555 111

www.cmi.cz

Pracoviště: Oblastní inspektorát Pardubice, Průmyslová 455, 530 03 Pardubice
tel. +420 466 670 728

POTVRZENÍ O OVĚŘENÍ STANOVENÉHO MĚŘIDLA

Datum vydání: 25. října 2017

List 1 z 1 listu

Zákazník: Myška stavby s.r.o.
Nádražní 68
549 57 Teplice nad Metují

Měřidlo - druh: Váhy s neautomatickou činností, třídy přesnosti III

výrobce: Transporta Hostivař

typ: 18-10

výrobní číslo: 89

evidenční číslo: neuvedeno

specifikace: Max = 1500 kg, Min = 150 kg, e = 10 kg, d = 1 kg

Použité etalony: Sekundární etalony hmotnosti III. řádu, 1 mg – 10 kg, kalibr. l. č. 5051-KL-Z0019-17
Sekundární etalony hmotnosti IV. řádu, 50ks 20 kg, kalibrační list č. 5051-KL-Z0009-17
Sekundární etalony hmotnosti IV. ř., 20ks 500 kg, 10ks 1 t, kal. l. č. 6151-KL-H0357-17

Datum provedení: 18. října 2017

Místo provedení: Myška stavby s.r.o., Ulice 5. května, 549 57 Teplice nad Metují, areál

Výrok o výsledku: Měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a v souladu s § 9, odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění, bylo opatřeno úředními značkami na místech určených v certifikátu o schválení (resp. ES přezkoušení) typu měřidla.

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou č. 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Platnost ověření zaniká v případech uvedených v § 7, odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb. v platném znění.

Ověření provedl:

Ing. Viktor Šindelář



Ředitel organizační jednotky:

Ing. Milada Racková